

Số: **301** /TTCC115-HCTH

Khánh Hòa, ngày **19** tháng **10** năm **2023**

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: **“Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường”** và **“Mua sắm sinh phẩm”** với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Dược – Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0258.813.183
 - Địa chỉ email: ttcc115_khanhhoa@yahoo.com.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Dược – Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
 - *Nhận qua email:* ttcc115_khanhhoa@yahoo.com.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục vật tư và sinh phẩm: *(đính kèm Bảng mô tả chi tiết)*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế: Phòng Dược – Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

5. *Các thông tin khác (nếu có).*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TTCC115;
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

Lê Trần Anh Thi

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT VTTTH thông thường

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 301/TTCC115-HCTH ngày 19/10/2023 của Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa)

<i>STT</i>	Tên vật tư	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Băng keo lụa 2,5cm x 5m	<ul style="list-style-type: none">- Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng- Polymer trong phân tán nước, dính tốt- Dễ xé- Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, ý => sử dụng một lần tránh nhiễm trùng	900	Cuộn	Cung cấp hàng hóa theo nhu cầu và dự trữ thực tế phải kịp thời trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được dự trữ của bên đặt hàng	<i>Phòng dược-Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa</i>	
2	Băng thun Urgoband 10x4,5	Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Màu trắng. Độ bền kéo đứt: 265N Độ giãn 100% sau khi căng 4 giờ: 7.6 Độ bền nén thùng: 433,2N Đóng gói: 1 cuộn/gói- 10 gói/gói, Sản phẩm chứa trong túi nylon. Kích thước: 10 cm x4.5m Đạt chuẩn CE và ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015	2.000	cuộn	như trên	như trên	
3	Bơm kim tiêm nhựa 5ml	Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 5ml,Cỡ kim 23G x 1",25Gx1", 25Gx5/8". đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, Đóng gói riêng dạng ép vỉ, đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O . Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.	6.000	cái	như trên	như trên	

4	Dây chuyền dịch Kim 2 cánh bướm	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích $\geq 8.5\text{ml}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn = 1550mm. Đạt tiêu chuẩn TCVN 6591 - 4: 2008, ISO 13485 và CE.	2.000	Bộ	như trên	như trên	
5	Dây Oxy 2 nhánh người lớn/trẻ em, 6mm x 210cm	Kích cỡ: người lớn, trẻ em Đđkt: 2 nhánh, nhựa PVC pha silicone trung tính, không gây kích ứng, màu xanh ve chai nhạt, dài 210cm; lòng dây hình sao đ.k 6mm, đầu luôn mũi bằng silicon, cong mềm mại tiếp xúc vùng mũi bệnh nhân không gây khó chịu, có gá đỡ, đầu nối đa năng, đóng gói vô trùng từng cái	5.500	Cái	như trên	như trên	
6	Gạc M15		4.000	gói	như trên	như trên	
7	Ống Airway số 00, 0, 1, 2, 3, 4	Kích cỡ: 00, 0, 1, 2, 3 Đđkt: bằng nhựa polyethylene không chứa latex; đầu ống bo tròn; thân trơn nhẵn, cong theo độ cong sinh lý; kích cỡ được qui định mã màu, đóng gói từng cái tiệt trùng bằng khí EO.	1.250	Cái	như trên	như trên	
8	Kim luôn tĩnh mạch an toàn 22G, có cổng và có cánh	+ Vật liệu làm catheter: FEP + Đường kính kim: 22G (0.9 mm) + Chiều dài catheter: 25mm + Tốc độ dòng chảy: 36 ml/mm (theo tiêu chuẩn ISO 10555-5) + Màu sắc: Xanh dương + Được tiệt trùng bằng khí EO + Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, CFS	4.500	Cái	như trên	như trên	
9	Kim luôn tĩnh mạch an toàn 24G, có cổng và có cánh	+ Vật liệu làm catheter: FEP + Đường kính kim: 24G (0.9 mm) + Chiều dài catheter: 25mm + Tốc độ dòng chảy: 36 ml/mm (theo tiêu chuẩn ISO 10555-5)	2.000	Cái	như trên	như trên	

		+ Màu sắc: Xanh dương + Được tiệt trùng bằng khí EO + Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, CFS					
10	Đai xương đòn 7,8		1.000	cái	như trên	như trên	
11	Nẹp cổ cứng 2,3	Nẹp cổ cứng, bằng mút EVA, bộ dán lông gai, cỡ 2,3	800	Cái	như trên	như trên	
12	Nẹp lưng		600	Cái	như trên	như trên	
13	Nẹp gối 1-8		550	bộ	như trên	như trên	
14	NKQ các cỡ 7.5, 7,0, 6,5...		1.300	cái	như trên	như trên	
15	Găng tay thăm khám nitrile có bột các cỡ	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vật liệu: Được làm từ vật liệu Nitrile + Size: XS, S, M, L, XL + Độ rộng bàn tay: 70 mm- 120mm (sai số 10 mm) + Chiều dài: 245 mm (sai số 5 mm) + Lực kéo (N): trước khi sử dụng: 9 N sau khi sử dụng: 8 N + Sức căng tối thiểu: trước khi sử dụng: 32 (MPa) sau khi sử dụng: 31 (MPa) + Khả năng kéo giãn: trước khi sử dụng: 620 % sau khi sử dụng: 540 % <p>Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Không sử dụng cao su. Là sản phẩm được khuyến nghị sử dụng cho tay nhạy cảm + Vật liệu cấu tạo có độ bền và khả năng kháng hóa chất cao + Không sử dụng bột. + Được thiết kế phù hợp cho cả hai tay. + Đạt tiêu chuẩn FDA 	30.000	Đôi	như trên	như trên	
16	Khẩu trang 2 lớp		20.000	cái	như trên	như trên	

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT Sinh phẩm

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 301/TTCC115-HCTH ngày 19/10/2023 của Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa)

<i>STT</i>	Tên vật tư	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Que thử dùng cho máy đo đường huyết	<p>Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, GMP. Đáp ứng tiêu chuẩn vượt trội ISO 15197:2013.</p> <p>Công nghệ " No Coding".</p> <p>Công nghệ men GDH-FAD được cục thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến dùng.</p> <p>Chỉ đo đường glucose trong máu, không đo các loại đường khác.</p> <p>Không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy.</p> <p>Lượng máu thử rất ít 0,6μL.</p> <p>Có thể thử được ở những vị trí khác nhau như lòng bàn tay, cẳng tay.</p> <p>Có kết quả sau 5s.</p>	2.000	Test	Cung cấp hàng hóa theo nhu cầu và dự trữ thực tế phải kịp thời trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được dự trữ của bên đặt hàng	<i>Phòng dược- Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa</i>	