

Số: 313 /TTCC115-HCTH

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua máy sốc tim tự động” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng hành chính tổng hợp -Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0258.3813183
 - Địa chỉ email: ttcc115_khanhhoa@yahoo.com.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng hành chính tổng hợp -Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
 - *Nhận qua email:* ttcc115_khanhhoa@yahoo.com.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến trước 8h30 ngày 01 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: *(đính kèm Bảng mô tả chi tiết)*
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua

5. Các thông tin khác (nếu có).

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT, HCTH.

Lê Trần Anh Thi

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp	Ghi chú
1	Máy sốc tim tự động	Cấu hình: Gồm máy chính; miếng dán điện cực dành cho người lớn; bộ dụng cụ gồm kéo, dao cạo, khăn giấy, CPR face shield; Pin lithium; túi đựng máy. Đặc tính chung: 1. Đặc tính chung Máy sốc tim tự động có thể hỗ trợ hồi sinh tim phổi (CPR) chất lượng cao cho người lớn và trẻ em bằng cách hỗ trợ phản hồi tần số, độ sâu khi làm CPR bằng giọng nói và hình ảnh 2. Màn hình Màn hình LCD Kích cỡ : 6,6 cm x 3,3 cm 3. Sốc tim - Dạng sóng: sóng hai pha thẳng - Lựa chọn năng lượng: tự động lựa chọn năng lượng được lập trình trước đối với người lớn (120J, 150J, 200J). - An toàn bệnh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện - Thời gian sạc: ít hơn 10 giây nếu là pin mới	6	Chiếc	Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa	

		- Chế độ tự kiểm tra: có thể cài đặt cấu hình tự kiểm tra. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng. - Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch xác hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh. - CPR: tốc độ phát nhịp dao động từ 60 – 100 CPM - Dung lượng pin: ≥ 5 năm (≥ 200 lần sốc) - Khi yếu pin sẽ hiển thị báo động trên máy và vẫn có thể sốc điện được ≥ 5 lần - Ghi nhận dữ liệu và lưu trữ: ≥ 50 phút tín hiệu ECG và dữ liệu ECG 4. Điện cực đánh sốc - Miếng dán thiết kế dạng 1 mảnh giúp thao tác nhanh và tránh nhầm lẫn trong quá trình. - Gel dẫn điện: Polymer Hydrogel. - Vật liệu dẫn điện: Thiếc. - Lớp trở kháng: thấp - Chiều dài cáp: ≥ 1.2 m					
--	--	--	--	--	--	--	--

Lưu ý:

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.